BAUSCH Health

DESCRIPTION: Boston XO PIFG Ins / US / CMO

PART No.: 8185701 **SPEC No. or SPEC DIMENSIONS:** 5909

SPECIAL INSTRUCTIONS: Placed Images: LENS0031.tiff

PRINT SUPPLIERS: Please refer to Bausch Health's *Print Supplier Guidelines*

PMS 431							

GUIDE D'INFORMATION ET D'AJUSTEMENT PROFESSIONNEL

Boston XO^MD
(hexafocon A)

Boston XO^MD avec Tangible^MD Hydra-PEG^MD
(hexafocon A)

Lentilles cornéennes sphériques et aphériques pour la myopie, l'hypermétropie, et les conditions irrégulières de la cornée

Lentilles cornéennes bifocales pour la presbytie

Lentilles toriques qui corrigent l'astigmatisme chez les personnes aphakiques et non aphakiques

Lentilles sclérales sphériques et aphériques pour la myopie, l'hypermétropie, et les conditions de cornée irrégulière

Lentilles et matériaux de pharmacie disponibles au gaz pour port quotidien

BAUSCH+LOMB

Boston^MD
Lentilles et matériaux

℞ ONLY **MISE EN GARDE : La loi fédérale stipule que ce produit doit être uniquement vendu ou prescrit par un praticien autorisé.**

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION
ACTIONS
INDICATIONS
CONTRE-INDICATIONS (RAISONS POUR NE PAS UTILISER LES LENTILLES)
AVERTISSEMENTS
PRÉCAUTIONS
EFFETS INDÉSIRABLES
SÉLECTION DES PATIENTS
PROCÉDURE D'AJUSTEMENT (TOUTES LES ÉTAPES SUIVIE DUÈS L'ÉLEMENT INITIAL JUSQU'À L'ÉTAPE DÉSIRÉE)
AJUSTEMENT DES LENTILLES ÉTAPES
HORAIRE DE PORT INITIAL RECOMMANDÉ
ÉVALUATION CLINIQUE
ÉLIMINATION DES DÉPÔTS EN SURFACE
SOINS ÉNERGIQUES DES LENTILLES D'ÉTAI
HORAIRE DE PORT INITIAL RECOMMANDÉ
ÉVALUATION CLINIQUE
PROCÉDURE D'AJUSTEMENT DE LA LENTILLE DE CONTACT BIFOCALE MULTIFOCALE POUR LE PRESBYTE
CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX LENTILLES BIFOCALES/MULTIFOCALES
DIRECTIVES D'AJUSTEMENT DES LENTILLES MONOVISION
LIGNES DIRECTRICES D'AJUSTEMENT POUR LIRE CORNÉE DÉCALÉE
MODE D'EMPLOI POUR L'ENTRETIEN DES LENTILLES
Entretien général des lentilles (Nettoyage et rinse d'abrivés lentilles, pour désinfecter les)
Durée de trempage de nettoyage
Trempage d'entretiennage des lentilles
Entretien de la lentille
Activités aquatiques
Ne pas stériliser sur la fiction de solution
Instructions de port
ENTRETIEN DES LENTILLES QUOTIDIENNES (RINSE)
MODIFICATIONS DES LENTILLES EN CABINET
NONSUPPOSÉ POUR ÉTUDES DE CONTACT BOSTON XO^MD AVEC TANGIBLE^MD HYDRA-PEG^MD
ÉLIMINATION DES LENTILLES
SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉTATS DISPONIBLES

DESCRIPTION

Les lentilles Boston XO^MD (hexafocon A) et Boston XO^MD avec Tangible^MD Hydra-PEG^MD sont des lentilles souples à pour d'un matériau de lentille de contact perméable aux gaz. Les lentilles Boston XO^MD (hexafocon A) et Boston XO^MD avec Tangible^MD Hydra-PEG^MD sont offertes avec ou sans absorbeur de rayons UV (Uvinul D-49, ou Blue).

Les lentilles de contact Boston XO^MD avec Tangible^MD Hydra-PEG^MD contiennent du polyéthylène glycol Hydra-PEG^MD (PEG^MD), un polymère mince à base de polyéthylène glycol, qui est chimiquement lié à la surface de la lentille. Le PEG^MD est conçu pour améliorer les propriétés de surface de la lentille tout en conservant les propriétés nécessaires du matériau sous jacent (Uvinul) tout tel que l'ajout PEG^MD ne modifie pas les propriétés de surface du matériau sous jacent (Uvinul)

(Ou convexes des dioptries en minéraux)

Sélectionnez un rayon de la cornée (base toir offre), sélectionnez la puissance (courbure de base plus cambrée offre.)

b) Pour les lentilles toriques

Sélectionnez un rayon de la courbe de base égal au rayon cornéen pour les cornées sphériques. Pour les cornées toriques, sélectionnez un rayon de la courbe de base égal à la moyenne des rées(2) tectoniques.

Sélectionnez la puissance

Sélectionnez un rayon de la courbe de base égal au

(courbure 5,3 Dioptries).

3. Conceptions multifocales de vision simultanée

A. La première conception de lentille multifocale à vision simultanée est une conception de lentille multifocale qui assure progressivement des distances différentes du centre vers le bord. Cet changement de puissance est progressif. Les zones de puissance pour la vision de loin et de près coexistent le plus simultanément possible. Le rayon de courbure de la lentille est plus plat que la plate(courbure) nécessaire pour la correction de la vision de loin. Pendant la vision rapprochée, le patient choisit selectivement la correction de la vision de près.

Principes d'ajustement

1. Lisez d'ajustement test toujours recommandé.
2. Le rayon de la courbe de base est choisi en utilisant les techniques Glissières. En vision de loin, le patient sélectionne le rayon de la cornée (base toir offre) et la puissance (courbure de base plus cambrée offre) sur les lentilles rigides à vision unique sphériques standards. Il est que pas rare de choisir une courbure de base (7 à 7,8) plus cambrée que le fit du plus plat.

La formule suivante peut être utilisée comme point de départ:

K plat = puissance d'objectif × 1000 (+ 32) (dioptrie/millimètre)

Exemple: 42,00(44,00) × 2,00 (diottrie) = 42,00 (+ 32) = 74,00 (+ 32)

3. Le centrage est essentiel pour cette conception. Si vous ne parvenez pas à obtenir un centrage exact, ne tentez pas l'ajustement de cette lentille.
4. La puissance pour la vision de loin est choisie en utilisant des techniques classiques. Si une valeur plus négative que cette prélevé est requise pour la vision de loin, le décentrage pour vision de près (voir ci-dessous). Lorsque la lentille est décentrée, la puissance est couverte par une zone de puissance pour la vision de près décentrée.